

放射性物質検査結果

＜検査方法＞

NaI(Tl)シンチレーション検出器を用いたガンマ線スペクトロメータによる核種分析法

＜検査結果の見方＞

「検出せず」とは測定下限値(10Bq/kg)未満を示します。

| | 結果判明日 | 検体名 | 水揚港 | 水域 | 検査結果(単位:Bq/kg) | | | 備考 |
|---|------------|------|--------|---------|----------------|----------|----------|----|
| | | | | | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | | |
| | | | | | ヨウ素-131 | セシウム-134 | セシウム-137 | |
| 1 | 2020年1月23日 | シログチ | 福島県松川浦 | | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
| 2 | 2020年1月23日 | ヤリイカ | 茨城県久慈 | ⑤日立・鹿島沖 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
| 3 | 2020年1月27日 | 助宗タラ | 宮城県石巻 | | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
| 4 | 2020年1月27日 | カスペ | 宮城県石巻 | | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |